

Предварительные данные об эффективности применения компрессионновакуумного массажера МКВ-01 «ИВАВИТА» в комплексном лечении сексуальных дисфункций у мужчин и женщин

Аппарат передан в безвозмездное временное пользование в отделение сексопатологии МНИИП – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» на период с 4 февраля 2016 года до 31 декабря 2019 года.

Аппарат имеет три режима работы: «Компрессия», «Вакуум», «Компрессия+Вакуум».

Нами использовался лишь режим «Вакуум» в диагностике и лечении пациентов, обратившихся с жалобами на расстройство эрекции. Показаниями для применения других режимов являются различные хронические воспалительные и дегенеративные заболевания урогенитальной сферы, терапия которых входит в компетенцию урологов и гинекологов и требует специализированных методов обследования и особых условий для проведения такого рода процедур. Помимо этого следует отметить, что в паспорте аппарата в качестве показаний для применения его приведена лишь «эректильная дисфункция» сосудистого генеза» (стр.6), а психогенные формы нарушения эрекции, являющиеся поведенческими расстройствами (стр.6), внесены в противопоказания.

В связи с этим, с одной стороны в силу жестких критериев применения аппарата, а с другой стороны недостаточности длительности исследования – 1 год (по акту передачи аппарата планировалось 3 года), не удалось использовать представленный аппарат в качестве терапевтического метода на большом количестве пациентов. Однако в качестве диагностического инструмента он использовался чаще.

Таким образом в результате одногодичного применения компрессионновакуумного массажера МКВ-01 «ИВАВИТА» было установлено, что данный аппарат является эффективным диагностическим средством, т.к. выявленные с его помощью нарушения кровообращения в половом члене в большинстве случаев подтверждались другими объективными методами исследования (ультразвуковой доплерографией). Помимо этого включение его в комплекс терапевтических мероприятий у пациентов с расстройствами эрекции сосудистого генеза повышает эффективность лечения.

В качестве рекомендации следует отметить:

- в показания по применения аппарата внести психогенно-функциональные нарушения эрекции;
- в противопоказания вместо психических и поведенческих расстройств внести расстройства шизофренического спектра и психотические психические расстройства.

Руководитель
отдела сексопатологии,
д.м.н., профессор Н.Д.Кибрик



Главный научный сотрудник
отдела сексопатологии, д.м.н. М.И.Ягубов

